

20
24



Laporan Kegiatan Wasmatlirik
Pemutusan Segel Kota Palopo

Tahun 2024

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN UTTP
DI WILAYAH PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

I. Dasar

Surat Perintah Tugas Nomor: MR.06.00/139.1/PKTN.4.4/ST/09/2024 Tanggal 20 September 2024 perihal melaksanakan Pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan (Wasmatlirik) terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Satuan Ukuran (SU) di Wilayah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

1.	Nama	:	Julvadly Purba, S.H.
	NIP.	:	19940717 202012 1 015
	Pangkat/Gol.	:	Penata Muda, III/a
	Jabatan	:	Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama
2.	Nama	:	Willy Munandir
	NIP.	:	-
	Pangkat/Gol.	:	-
	Jabatan	:	Pelaksana (PPNPN)

III. Obyek Wasmatlirik

UTTP Pompa Ukur BBM Merek Tatsuno Tipe GSB 2421 No. Seri AA171073 Media Pertalite SPBU 74.919.98 yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi KM. 13, Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

IV. Pelaksanaan

Tempat dan Tanggal Wasmatlirik

Tempat : Wilayah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan

Tanggal : 24 s.d 26 September 2024

1. Persiapan dan Koordinasi

Petugas Pengawas BSML Regional IV melakukan persiapan menyiapkan dokumen Berita Acara Pemutusan Segel Metrologi, mempersiapkan teknis wasmatlirik dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemutusan Segel Metrologi dilakukan petugas pengawas kemetrolgian disaksikan oleh Pihak SPBU 74.919.98 dan UPTD Metrologi Legal Kota Palopo serta Teknisi SPBU.

V. Hasil Wasmatlirik.

1. Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saudara Rio Herry

Alfianto sebagai Pengawas SPBU 74.919.98 (PT Agrcelya Pratama) yang berisi bahwa SPBU akan rutin melakukan pengecekan internal pengujian kebenaran kuantitas Pompa Ukur BBM yang kesalahan penunjukannya menyimpang dari batas toleransi yang diizinkan serta tidak akan menggunakan lagi Pompa Ukur BBM yang kesalahan penunjukannya menyimpang dari batas toleransi yang diizinkan. (Surat Pernyataan terlampir)

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai arahan pimpinan, maka petugas pengawas kemetrologian dari BSML Regional IV melakukan pemutusan segel metrologi pada Pompa Ukur BBM Merek Tatsuno Tipe GSB 2421, No. Seri AA171073, Media Peralite yang berada di SPBU 74.919.98. Setelah dilakukan pemutusan segel langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh teknisi SPBU dan dilakukan tera ulang oleh UPTD Metrologi Kota Palopo.

VI. Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Rio Herry Alfianto sebagai Pengawas SPBU 74.951 (PT Agrcelya Pratama) dan sesuai dengan arahan pimpinan, maka telah dilakukan pemutusan segel metrologi pada Pompa Ukur BBM Merek Tatsuno Tipe GSB 2421, No. Seri AA171073 Media Peralite .
2. Saran
 - a. SPBU 74.919.98 agar melaksanakan pernyataan yang dibuat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Metrologi Legal.
 - b. Dinas Perdagangan Kota Palopo agar meningkatkan edukasi/sosialisasi Metrologi Legal kepada pemilik/pengguna UTTP di Kota Palopo, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan UTTP yang baik dan benar.
 - c. Dinas Perdagangan Kota Palopo agar melakukan pembinaan dan monitoring berkala terhadap SPBU 74.919.98 untuk memastikan penggunaan UTTP Pompa Ukur BBM yang sesuai dengan ketentuan.

Gowa, 30 September 2024

Petugas Yang Melakukan Pengawasan,



Julvadly Purba, S.H.

NIP. 199407172020121015



Willy Munandir

DOKUMENTASI KEGIATAN



**BERITA ACARA PEMUTUSAN METROLOGY LINE, SEGEL METROLOGI
DAN/ATAU LABEL BARANG DALAM PENGAMANAN**

Nomor: MR.06.00/139.2 /PKTN.4.4/..P.S.M... /09. /2024

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *dua puluh lima* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh empat*
Pukul *12:10* WITA. Saya : ----- (..... *JULVADLY RARBA, S.H.*.....) -----
NIP. *1994071720211015*..... Pangkat *Penata Muda*..... Jabatan selaku
Pengawas Kemetrolagian dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol/Ruang :
- Jabatan :
- Unit/Instansi :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol/Ruang :
- Jabatan :
- Unit/Instansi :

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas Nomor *MR.06.00/139.1/ PKTN.4.4/ ST/09/2024*
tanggal *20 September 2024*.....
2.

Telah melakukan Pemutusan ~~Metrology Line~~, Segel Metrologi dan/atau Label Barang
dalam Pengamanan terhadap : *Pompa Ukur BBM Merk Satsuno Tipe GSB 2421*
No. Seri AA 471073 Media Perkalite.....

Dari : -----

- Nama : *RIO. HERRY.A*.....
- Tempat/Tgl.Lahir : *MALANG, 04 OKTOBER 1989*.....
- Jenis Kelamin : *LARI - LAKI*.....
- Kewarganegaraan : *INDONESIA*.....
- Agama : *ISLAM*.....
- Pekerjaan : *PENCAWAS SPBU 7491998*.....
- Alamat/Tempat tinggal : *JL. DR PATULANGI / BALANDA I*.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : WAHIDA
- Alamat : JL. DR. RATULANGI PERUM PURI RATULANGI
- Jabatan : PEMERA UML KOTA PALOPO
2. Nama : ARIF SONGLI TOSULI
- Alamat : JL. SIANTAN
- Jabatan : KARYAWAN SWASTA / TEKNISI SPBU

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.-----

Adapun hasil pelaksanaan pengawasan dimaksud sebagaimana cerapan terlampir.

Apabila ditemukan kegiatan penyuaipan dan/atau gratifikasi dalam kegiatan ini, baik yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ataupun pihak terkait dapat dilaporkan ke email pengaduan@kemendag.go.id atau melalui link : <http://itjen.kemendag.go.id/modules/pelaporan/wbs>

Demikianlah Berita Acara Pemutusan ~~Metrology Line~~, Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam ~~Pengamanan~~ ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.

Palopo., 25 September. 2024

Pelaku Usaha,



.....
R10.HERRY.A

Petugas,

.....
NIP.

Saksi-saksi:

1. 
.....
WAHIDA

2. 
.....
ARIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Herry Alfianto

Jabatan : Pengawas SPBU 74.919.98 (PT. Agrcelya Pratama)

Tempat, tanggal lahir : Malang, 4 Oktober 1989

Alamat : Jl. Cengkeh, RT/RW: 02/06, Kel/Desa: Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo

Dengan ini menyatakan sesungguhnya:

1. Bahwa SPBU 74.919.98 telah mengajukan permohonan tera ulang Pompa Ukur BBM Merk Tatsuno Tipe GSB2421 No. Seri AA171073 Media Peralite ke UPTD Metrologi Legal Kota Palopo;
2. Bahwa SPBU 74.919.98 akan melakukan perbaikan Pompa Ukur BBM dan rutin melakukan pengecekan internal pengujian kebenaran kuantitas Pompa Ukur BBM setiap hari sebelum digunakan untuk transaksi jual beli BBM;
3. Bahwa SPBU 74.919.98 tidak akan menggunakan lagi Pompa Ukur BBM yang kesalahan penunjukannya menyimpang dari batas toleransi yang diizinkan; dan
4. Apabila dikemudian hari SPBU 74.919.98 tidak melaksanakan surat pernyataan ini, saya bersedia untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 September 2024

Pengawas SPBU 74.919.98



Rio Herry Alfianto